

Glucosio ore 8 e 15

Sigla test: **GLUPP**

Codice SISS: 0090271.22 - 0090271.23

Metodo analitico: Esochinasi-G6PD

CV tipico: 2.80 %

Diagnosi e monitoraggio di diabete mellito.

Strumento: COBAS c501

Unità di misura: mg/dL

Valori di riferimento: Ore 8: 60 – 100; Ore 15: 90 - 140

Tipo campione: Plasma fluoruro

Volume minimo campione: 1 mL

Tappo provetta/contenitore: Grigia (Sodio Fluoruro + Potassio Ossalato)

Volume provetta/contenitore: 3 mL

Giorni di dosaggio: dal lunedì al venerdì

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto :

Utilizzare monoiodoacetato o sodio fluoruro – potassio ossalato come stabilizzanti: il campione non centrifugato è stabile 48 ore a temperatura ambiente

Informazioni aggiuntive: n.d.

sinonimi: Glicemia basale e post prandiale

Data aggiornamento: 04/07/2023

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".